



**期偉有限公司**  
**MIRACLE CO., LTD.**

P.O.BOX 21-111, TAIPEI 103, TAIWAN

總公司FAX:886-2-25944047, TEL:02-25940224

連絡處FAX:886-4-24714429, TEL:04-24715429

工廠 FAX:886-7-3533544, TEL:07-3533476

E-mail: miracle83@seed.net.tw

## 2-1 Amstron<sup>®</sup>壁掛式數位顯示測溫儀 Type: Jbt II

溫度單位	°C/ °F	
溫度顯示方式	4位7段數字顯示器,高度4英吋.	
溫度量測模式	(4種模式)鎖定模式,連續模式,延遲模式,及平台溫度時間模式.	
溫度量測範圍	鎖定模式,及延遲模式: S型熱電偶:100-1770°C. R型熱電偶:100-1770°C. B型熱電偶:100-1820°C.	連續模式: S型熱電偶:室溫-1770°C. R型熱電偶:室溫-1770°C. B型熱電偶:100-1820°C.
準確度	±1°C/±2°F	
冷接點補償	內部自動補償.	
量測狀態顯示	綠燈(熱偶接觸良好),黃燈(量測中),紅燈(量測完成並鎖定-警報聲響)	
自我診斷	開機顯示 [8.8.8.8.] 0.5秒,而後綠/黃/紅燈各顯示 0.3秒.	
警示功能	(1) [...]: 熱偶斷線 (2) [HIGH]: 溫度超過量測範圍. (3) [FAIL]: 無法捕捉到平台溫度	
電源	100 ~ 240VAC (自動調整)	
警報輸出	12VDC	
數位輸出訊號	RS232C	
尺寸	400 x 120 x 300H mm. (淨重: 8 kg).	
標準配件	按鍵控制器,可調整4種模式,熱電偶型式,溫度修正等(不需打開儀器)	
選配件	1)日製熱感印表機,含日期,時間,溫度,爐次等; 2)電腦軟體 PC-Link <sup>TM</sup>	

